

품목인증번호	수인 23-4718 호
품목명	치과용 임플란트 상부구조물
모델명	MM-CE046 외 83건
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층 (문정동)
제조사	MIS Implants Technologies Ltd. (이스라엘)
사용목적	환자의 저작기능 회복을 위해 사용하는 인공 치아와 같은 보철물을 지지하기 위하여 보철물 제작 전 사용하는 치과용 임플란트 상부구조물
증량 및 포장단위	제조원의 포장단위에 의함

사용방법

가. 사용 전 준비사항

1. 사용 전 제품의 점검 및 주의사항

- 1) 사용 전에 제품의 이상상태를 확인하여 불순물과 이물질이 존재할 시 사용하지 말 것
- 2) 사용 전 포장을 개봉하지 않고 환자에게 사용직전 포장을 개봉한다.

2. 환자 시술계획 수립

- 1) 시술절차에 의거한 검사 및 치료 계획을 시행합니다.
- 2) 본 제품은 다음의 조건을 고려하여 환자에게 시술해야 합니다.

- 환자 구강 상태

- 혈액질환이나 당이 조절되지 않는 환자는 전문가의 판단 하에 일반적·임상적 평가와 방사선 검사

3) 환자의 건강의 일반적 평가, 골의 해부학적, 병리학적, 질과 양에 관한 평가를 위해 방사선 검사가 포함될 수 있습니다.

3. 기구의 멸균

사용되는 모든 시술기구는 다음의 조건으로 사전에 멸균처리 되어야 한다.

사이클 조건	온도	노출시간(분)	건조시간(분)
Gravity displacement	135°C / 275°F	10	30
Pre-Vaccum	132°C / 270°F	4	20

나. 사용 방법 및 조작순서

※ 지대주(Abutment) 가공 시, 포스트(Post) 높이 즉, 보철물 체결 높이 4mm 이하로 가공하지 말 것

1. 시술기구를 이용하여 커버스크류 또는 힐링어버트먼트를 제거한다.
2. 포장 라벨에 명시된 상부구조물 종류와 치수를 확인하여 적절한 상부구조물을 선택한다.
3. 기존(convertional) 방식



서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동) (우) 05836

TEL : 02-2008-7600, FAX : 02-6442-7699

www.dentsplysirona.com

- 통상적인 방법을 통하여 인상을 채득한 후 최종 보철물을 완성한다.

CAD/CAM 방식

- 스캔바디(Scan Post)를 이용하여 환자 구강상태를 스캔한다. 보철물 제작을 위해 인상 채득법에 준하여 기공 작업 모형을 만들고, CAD/CAM 장비를 이용하여 환자 구강상태에 맞게 상부구조물을 가공한다.

4. 상부구조물을 구강에 장착하기 전에 제조사가 표방하는 멸균방법을 처리하여 사용한다.

5. 상부구조물을 매식체에 결합 후 각 제품에 대한 권장토크값을 확인하여 체결한다.

분류	권장토크값
CONNECT·Ti-Base-Cementable Abutment, Cementing Posts	30 N·cm
EZ-Base Abutment	25 N·cm
Multi unit cementing cap	25 N·cm
Plastic cylinder for Multi-Unit	25 N·cm

6. 교합 및 환자 이물감에 따른 보철물 수정을 실시하여 시술을 마무리한다.

다. 사용 후 보관 및 관리방법

본 제품은 일회용이므로 재사용을 금지한다.

사용시 주의사항

가. 경고

1. 본 제품의 포장에 훼손되었거나 누락된 경우에는 사용하지 마십시오.
2. 본 제품은 재사용이 불가능한 일회용 제품입니다.
3. 본 제품을 멸균 재처리하면 기계적, 화학적 및/또는 생물학적 특성이 손실될 수 있습니다. 재 사용하면 교차 오염이 발생할 수 있습니다.
4. 비멸균 환경에 장기간 노출된 상태로 사용하면 조직 감염이나 전염병이 발생할 수 있습니다.
5. 본 제품은 자기공명(MR) 환경에서의 안전성과 적합성이 평가되지 않았으며, 자기공명 환경에서의 발열(heating), 이동(migration), 영상결함에 대한 시험은 수행되지 않았습니다. 그러므로 자기공명 환경에서의 본 제품의 안전성은 알려져 있지 않습니다. 본 제품을 삽입한 환자를 스캐닝하는 경우에는 환자가 손상을 입을 수도 있습니다.
6. 당사 제품과 관련하여 생명을 위협하는 사건 또는 심각한 건강 상태 악화에 대한 통지가 있는 경우 당사 및 관할 당국에 알려십시오.

나. 일반적인 주의

1. 부적절한 임플란트 각도나 경조직 또는 연조직의 결손은 심미성에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

2. 성공적인 장기 치료 결과를 확보하기 위해서는 임플란트 치료 후 환자에게 포괄적이고 정기적인 추적 관찰을 제공하고 적절한 구강 위생에 대해 알려주는 것이 좋습니다. 장기간 임플란트 건강은 구강 위생의 유지와 직접적인 관련이 있습니다.
3. 수술에 사용되는 모든 기구와 도구는 양호한 상태로 유지되어야 합니다.
4. 뼈, 연조직 또는 골유착 과정의 치유 과정을 방해할 수 있는 국소적 또는 전신적 요인(예: 담배 흡연, 불량한 구강 위생, 조절되지 않는 당뇨병, 구강 안면 방사선 요법, 스테로이드 요법, 인접 치아의 감염)이 있을 경우, 시술 전에 이를 신중히 고려하여야 합니다.

다. 적용상의 주의

1. 시술자에 대한 적절한 교육의 부재는 임플란트 시술 성공에 대한 주요 위험 요소가 될 수 있으며, 환자의 건강에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 사전에 적절한 교육을 받고 임플란트 시술을 수행해야 합니다.
2. 치과의사는 제품이 특정 환자와 케이스에 적합한지 판단할 책임이 있습니다.
3. 과도한 토크로 체결 시 드라이버의 변형으로 드라이버가 분리되지 않거나 매식체 혹은 상부 구조물이 파절될 수 있으므로 주의하십시오.
4. 장치의 크기가 작기 때문에 환자가 삼키거나 흡입하지 않도록 주의하십시오.

첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	직사광선을 피하여 실온의 건조한 곳에서 보관한다
제조번호	제조사 표시사항 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
본 제품은 일회용 의료기기임 재사용 금지	