

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 품목신고번호                          | 서울수신 13-666 호   |
| 품목명                             | 치과용도포기  |
| 모델명                             | 제조사표시사항참조   |
| 수입업자                            | 덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)  |
| 제조사(제조국)                        | Dentsply Caulk (미국)   |
| 제조의뢰자(제조의뢰국)                    | Dentsply DeTrey GmbH (독일)   |
| 사용목적                            | 치과 재료를 외용으로 도포하기 위해 사용하는 기구   |
| 중량 또는 포장단위                      | 제조원의 포장단위에 의함   |
| 사용방법                            | <p>사용 전 준비사항: 사용 전 제품의 외관상 이상상태를 확인한다.</p> <p>사용방법: 도포액 용기에 도포기 끝 부분을 적신 후 알맞게 적용부에 도포한다.</p> <p>사용 후 보관 및 관리방법: 한 번 사용된 도포기는 재사용 하지 말고 폐기한다.</p> |
| 사용시주의사항                         | 한 번 사용된 도포기는 재사용 하지 말고 폐기한다.  |
| 첨부분서의 작성 및 개정연월                 | 2024.10   |
| 보관 또는 저장방법                      | 실온보관  |
| 제조번호                            | LOT 번호  |
| 제조연월                            | 제조사 표시사항 참조   |
| 부작용 보고 관련 문의처                   | 한국의료기기안전정보원, 080-080-4183   |
| <b>본 제품은 일회용 의료기기이므로 재사용금지.</b> |   |